

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/LTY6.50X260611

|          |           |                                |         |                     |
|----------|-----------|--------------------------------|---------|---------------------|
| 产品名称     |           | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基                 | 规格      | 洗脱液 50ml            |
| 产品批号     |           | X260611                        | 生产日期    | 2026-06-11          |
| 检验日期     |           | 2026-06-12                     | 报告日期    | 2026-06-15          |
| 检验目的     |           | 出厂检验                           | 检验依据    | 产品技术要求              |
| 检验项目     |           | 标准要求                           |         | 检测结果                |
| 外观       |           | 液体培养基, 应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。        |         | 符合                  |
| 装量       |           | 液体培养基量应为标识容量的±5%               |         | 符合                  |
| 物理性能     | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |         | 符合                  |
|          | 配合性       | 培养管(瓶)的盖(塞)配合适宜不松动或脱落。         |         | 符合                  |
| 化学性能     |           | 液体培养基的 pH 应为 7.0~7.6(20℃~25℃)。 |         | 符合                  |
| 培养效果     | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, 培养基浑浊。                   |         | 符合                  |
|          | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 培养基浑浊。                   |         | 符合                  |
| 无 菌      |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长           |         | 符合                  |
| 检验结论     |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |         | 符合<br>质检专用章<br>(签章) |
| 报告人员: 何明 |           | 日期: 2026.06.15                 | 审批人: 夏佳 | 日期: 2026.06.15      |