

四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版本号：B
	修改次：2

报告书编号：HP/LX. Φ9X260810

产品名称		L 型细菌增菌培养基	规 格	琼脂型 9cm
产品批号		X260810	生产日期	2026-08-10
检验日期		2026-08-11	报告日期	2026-08-13
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外 观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物		符合
装 量		琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应 $\geq 3\text{mm}$		符合
PH		培养基 pH 为 7.5 ± 0.2 （20-25℃）		符合
培 养 效 果	接种金黄色葡萄球菌	生长		符合
无 菌		35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		(签章)
报告人员：何娟 日期：2026.08.13 审批人：耳佳 日期：2026.08.13				

