

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 1              |

报告书编号: HP/YQZ1. Φ9X260903

|                                                                                                                |           |                                 |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|--------|-------------------|
| 产品名称                                                                                                           |           | 营养琼脂培养基                         | 规    格 | 普通营养琼脂培养基<br>Φ9cm |
| 产品批号                                                                                                           |           | X260903                         | 生产日期   | 2026-09-03        |
| 检验日期                                                                                                           |           | 2026-09-04                      | 报告日期   | 2026-09-07        |
| 检验目的                                                                                                           |           | 出厂检验                            | 检验依据   | 产品技术要求            |
| 检验项目                                                                                                           |           | 标准要求                            |        | 检测结果              |
| 外    观                                                                                                         |           | 琼脂培养基为淡黄色色半固体，表面平整，无明显污点、杂质及异物。 |        | 符合                |
| 装    量                                                                                                         |           | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部，厚度不小于2mm 。       |        | 符合                |
| 物理性能                                                                                                           | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。      |        | 符合                |
|                                                                                                                | 配合性       | 平皿培养基盖与平皿配合，易打开和闭合。             |        | 符合                |
| 培养效果                                                                                                           | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好，S 型菌落，产生金黄色色素。             |        | 符合                |
|                                                                                                                | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好，半透明 S 型菌落。                 |        | 符合                |
| 无    菌                                                                                                         |           | 37℃ 孵育，孵育 24h 无细菌生长。            |        | 符合                |
| 检验结论                                                                                                           |           | 根据产品技术要求检验，本批产品合格               |        | (签章)              |
| 报告人员: 苏伊伊                      日期: 2026.09.07                      审批人: 夏伍                      日期: 2026.09.07 |           |                                 |        |                   |