

四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/JDS1.10X260904

产品名称		碱性蛋白胨水培养基	规格	普通型 10ml
产品批号		X260904	生产日期	2026-09-04
检验日期		2026-09-07	报告日期	2026-09-09
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外观		液体培养基澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装量		培养基装量应不少于标示装量值的±5%。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	玻璃/塑料管（瓶）与盖塞配合适宜，不得松动和脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 8.0~9.0(25℃)。		符合
培养效果	霍乱弧菌	生长良好，培养基浑浊		符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制		符合
无 菌		于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		符合 (盖章)
报告人员: 符翔 日期: 2026.09.09 审批人: 符翔 日期: 2026.09.09				