

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| 四川好培养生物工程有限公司 | 文件编号: HPY/CX-18-R06 |
| 成品检验报告        | 版本号: B              |
|               | 修改次: 2              |

报告书编号: HP/YQZ3. Φ9260915

|           |           |                                |         |                   |
|-----------|-----------|--------------------------------|---------|-------------------|
| 产品名称      |           | 营养琼脂培养基                        | 规格      | R2A 琼脂培养基<br>Φ9cm |
| 产品批号      |           | 260915                         | 生产日期    | 2026-09-15        |
| 检验日期      |           | 2026-09-18                     | 报告日期    | 2026-09-20        |
| 检验目的      |           | 出厂检验                           | 检验依据    | 产品技术要求            |
| 检验项目      |           | 标准要求                           |         | 检测结果              |
| 外观        |           | 琼脂培养基为淡黄色半固体,表面平整,无明显污点、杂质及异物。 |         | 符合                |
| 装量        |           | 琼脂培养基量应能铺满平皿底部,厚度不小于 2mm 。     |         | 符合                |
| 物理性能      | 强度        | 室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。     |         | 符合                |
|           | 配合性       | 平皿培养基盖与平皿配合,易打开和闭合。            |         | 符合                |
| 培养效果      | 接种金黄色葡萄球菌 | 生长良好, S 型菌落, 产生金黄色色素。          |         | 符合                |
|           | 接种大肠埃希氏菌  | 生长良好, 半透明 S 型菌落。               |         | 符合                |
| 无 菌       |           | 37℃ 孵育, 孵育 24h 无细菌生长。          |         | 符合                |
| 检验结论      |           | 根据产品技术要求检验, 本批产品合格             |         | (盖章)              |
| 报告人员: 苏佳明 |           | 日期: 2026.09.20                 | 审批人: 夏磊 | 日期: 2026.09.20    |