四川好培养生物工程有限公司	版本号：B
成品检验报告	文件编号：HPY/CX-18-R06

报告书编号：HP/JDS1.10260918

产品名称		碱性蛋白胨水培养基	规　　格	普通型 10ml
产品批号		260918	生产日期	2026-09-18
检验日期		2026-09-20	报告日期	2026-09-21
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外　　观		液体培养基澄清透明，无污点、杂质、异物及浑浊现象。		符合
装　　量		培养基装量应不少于标示装量值的±5%　。		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	玻璃/塑料管（瓶）与盖塞配合适宜，不得松动和脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 8.0～9.0(25℃)。		符合
培养效果	霍乱弧菌	生长良好，培养基浑浊		符合
	大肠埃希氏菌	生长抑制		符合
无　　菌		于35℃-37℃培养，24h培养应无菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章）

报告人员：　　日期：2026.09.21　　审批人：　　日期：2026.09.21