四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B 修 改 次：2

报告书编号：CSG-01003S13260827

产品名称	需氧培养瓶	规　　格	色原检测法培养瓶 标准小儿需氧培养瓶 20ml
产品批号	S13260827	生产日期	2026-09-14
检验日期	2026-09-18	报告日期	2026-09-28
检验目的	成品检验	检验依据	产品技术要求
检验项目	标准要求		检验结果
外　　观	不含添加剂的培养基液体，应无浑浊、无悬浮物；含添加剂的培养基液体有粉末或颗粒悬浮。瓶内二氧化碳传感膜呈蓝绿色或紫色，色泽均匀。		符合
装　　量	培养基液体量应不少于标示装量值的 95%。		符合
强度	培养瓶在室温下应能承受 1Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
配合性	培养瓶的盖塞配合适宜，不得松动或脱落。		符合
培养基 PH	液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6（25℃）。		符合
适用性检查	需氧培养瓶接种铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌于35℃-37℃培养，5天内能良好生长。		符合
	厌氧培养瓶接种产气荚膜梭菌、肺炎链球菌于35℃-37℃培养，5天内能良好生长。		
无菌检查	培养瓶于 35℃-37℃培养，7 天内应无细菌生长。		符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。		（签章）
报告人员：苏佳明　　日期：2026.09.28		审批人：[illegible]　　日期：2026.09.28	