四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HP/VT-2.3261008

产品名称	一次性使用病毒采样管	规　　格	VT-2 型 3ml/支
产品批号	261008	生产日期	2026-10-08
抽样日期	2026-10-09	报告日期	2026-10-10
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求

检验项目	标准要求	检测结果
外　　观	采样管内保存液应无明显沉淀、杂质及异物。	符合
装　　量	保存液装量应为标识容量的±10%。	符合
pH	20-25℃时 pH 值应为 7.4±0.3。	符合
配合性	将一次性使用病毒采样管在光线充足的条件下目测，盖子完全旋合，将盖子旋紧倒立 5 分钟无漏液现象。	符合
检验结论	根据产品技术要求检验，本批产品合格。	（签章）

报告人员：　　日期：2026.10.10　审批人：　　日期：2026.10.10

四川好培养生物工程有限公司 质检专用章