四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HP/LX.Φ9261020

产品名称	L 型细菌增菌培养基	规　　格	琼脂型 9cm
产品批号	261020	生产日期	2026-10-20
检验日期	2026-10-23	报告日期	2026-10-26
检验目的	出厂检验	检验依据	产品技术要求

检验项目		标准要求	检测结果
外　　观		培养基呈淡黄色，无明显污点、杂质及异物	符合
装　　量		琼脂培养基量能铺满平皿底部，厚度应≥3mm	符合
PH		培养基 pH 为 7.5±0.2（20-25℃）	符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长	符合
无　　菌		35-37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长	符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格	（签章）

报告人员：[illegible]　日期：2026.10.26　审批人：[illegible]　日期：2026.10.26