四川好培养生物工程有限公司	文件编号：HPY/CX-18-R06
成品检验报告	版 本 号：B
	修 改 次：2

报告书编号：HP/LTY5.50261021

产品名称		卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基	规　　格	复方中和剂 50ml
产品批号		261021	生产日期	2026-10-21
检验日期		2026-10-23	报告日期	2026-10-26
检验目的		出厂检验	检验依据	产品技术要求
检验项目		标准要求		检测结果
外　　观		液体培养基，应澄清、无明显沉淀、杂质及异物。		符合
装　　量		液体培养基量应为标识容量的±5%		符合
物理性能	强度	室温下应能承受 0.5Kg 压力 30 分钟不破裂。		符合
	配合性	培养管（瓶）的盖（塞）配合适宜不松动或脱落。		符合
化学性能		液体培养基的 pH 应为 7.0～7.6(20℃～25℃)。		符合
培养效果	接种金黄色葡萄球菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
	接种大肠埃希氏菌	生长良好，培养基浑浊。		符合
无　　菌		37℃孵育，孵育 24h 无细菌生长		符合
检验结论		根据产品技术要求检验，本批产品合格		（签章）

报告人员：　　日期：2026.1026　　审批人：　　日期：2026.10.26